

令和5年11月1日

株式会社ハリウッドマジック 御中

試験速報

JIS S 9623:2015
ヒトパッチ試験結果

試験番号:1231045号
試験実施期間:令和5年10月23日～令和5年10月26日

医療用ウィッグ の判定結果

試験実施日：令和5年10月23日～10月26日

皮膚刺激指数： 4.0

No.	Name	貼布48時間後	貼布72時間後	Age	Sex	評点
1	I. M.	-	-	52	F	0
2	K. Y.	-	-	53	F	0
3	K. T.	-	-	45	F	0
4	O. A.	-	-	26	F	0
5	F. K.	-	-	55	F	0
6	N. A.	-	-	44	F	0
7	F. A.	-	-	36	F	0
8	F. R.	-	-	46	F	0
9	H. E.	-	-	43	F	0
10	K. H.	±	-	48	F	0.5
11	I. E.	-	-	54	F	0
12	N. C.	-	-	24	F	0
13	K. M.	-	-	24	F	0
14	N. M.	-	-	48	F	0
15	F. K.	-	-	55	F	0
16	Y. N.	-	-	22	F	0
17	Y. A.	-	-	54	F	0
18	N. N.	±	-	59	F	0.5
19	M. Y.	-	-	40	F	0
20	A. S.	-	-	20	M	0
21	I. A.	-	-	49	F	0
22	S. T.	-	-	28	M	0
23	T. Y.	-	-	58	F	0
24	I. K.	-	-	56	F	0
25	M. Y.	-	-	46	F	0

Control(生理食塩液) の判定結果

試験実施日：令和5年10月23日～10月26日

皮膚刺激指数： 0

No.	Name	貼布48時間後	貼布72時間後	Age	Sex	評点
1	I. M.	-	-	52	F	0
2	K. Y.	-	-	53	F	0
3	K. T.	-	-	45	F	0
4	O. A.	-	-	26	F	0
5	F. K.	-	-	55	F	0
6	N. A.	-	-	44	F	0
7	F. A.	-	-	36	F	0
8	F. R.	-	-	46	F	0
9	H. E.	-	-	43	F	0
10	K. H.	-	-	48	F	0
11	I. E.	-	-	54	F	0
12	N. C.	-	-	24	F	0
13	K. M.	-	-	24	F	0
14	N. M.	-	-	48	F	0
15	F. K.	-	-	55	F	0
16	Y. N.	-	-	22	F	0
17	Y. A.	-	-	54	F	0
18	N. N.	-	-	59	F	0
19	M. Y.	-	-	40	F	0
20	A. S.	-	-	20	M	0
21	I. A.	-	-	49	F	0
22	S. T.	-	-	28	M	0
23	T. Y.	-	-	58	F	0
24	I. K.	-	-	56	F	0
25	M. Y.	-	-	46	F	0

Control(注射用水) の判定結果

試験実施日：令和5年10月23日～10月26日

皮膚刺激指数： 0

No.	Name	貼布48時間後	貼布72時間後	Age	Sex	評点
1	I. M.	-	-	52	F	0
2	K. Y.	-	-	53	F	0
3	K. T.	-	-	45	F	0
4	O. A.	-	-	26	F	0
5	F. K.	-	-	55	F	0
6	N. A.	-	-	44	F	0
7	F. A.	-	-	36	F	0
8	F. R.	-	-	46	F	0
9	H. E.	-	-	43	F	0
10	K. H.	-	-	48	F	0
11	I. E.	-	-	54	F	0
12	N. C.	-	-	24	F	0
13	K. M.	-	-	24	F	0
14	N. M.	-	-	48	F	0
15	F. K.	-	-	55	F	0
16	Y. N.	-	-	22	F	0
17	Y. A.	-	-	54	F	0
18	N. N.	-	-	59	F	0
19	M. Y.	-	-	40	F	0
20	A. S.	-	-	20	M	0
21	I. A.	-	-	49	F	0
22	S. T.	-	-	28	M	0
23	T. Y.	-	-	58	F	0
24	I. K.	-	-	56	F	0
25	M. Y.	-	-	46	F	0

Control(白色ワセリン) の判定結果

試験実施日：令和5年10月23日～10月26日

皮膚刺激指数： 0

No.	Name	貼布48時間後	貼布72時間後	Age	Sex	評点
1	I. M.	-	-	52	F	0
2	K. Y.	-	-	53	F	0
3	K. T.	-	-	45	F	0
4	O. A.	-	-	26	F	0
5	F. K.	-	-	55	F	0
6	N. A.	-	-	44	F	0
7	F. A.	-	-	36	F	0
8	F. R.	-	-	46	F	0
9	H. E.	-	-	43	F	0
10	K. H.	-	-	48	F	0
11	I. E.	-	-	54	F	0
12	N. C.	-	-	24	F	0
13	K. M.	-	-	24	F	0
14	N. M.	-	-	48	F	0
15	F. K.	-	-	55	F	0
16	Y. N.	-	-	22	F	0
17	Y. A.	-	-	54	F	0
18	N. N.	-	-	59	F	0
19	M. Y.	-	-	40	F	0
20	A. S.	-	-	20	M	0
21	I. A.	-	-	49	F	0
22	S. T.	-	-	28	M	0
23	T. Y.	-	-	58	F	0
24	I. K.	-	-	56	F	0
25	M. Y.	-	-	46	F	0

皮膚刺激指数の算定方法

48時間後と72時間後の判定において、強い方の反応に評点を与え、各被験物質の評点総和を被験者数で除した値を百分率で表現する。

$$\text{皮膚刺激指数} = \text{評点総和} / \text{被験者数} \times 100$$

パッチテスト判定基準

本邦基準	評点	反 応
—	0.0	反応なし
±	0.5	わずかな紅斑
+	1.0	明らかな紅斑
++	2.0	紅斑＋浮腫，丘疹
+++	3.0	紅斑＋浮腫・丘疹＋小水疱
++++	4.0	大水疱

香粧品の皮膚刺激指数による分類

皮膚刺激指数	1985年度の分類	1995年度の分類
5.0以下		安全品
5.0～15.0	15.0以下 安全品	許容品
15.0～30.0	許容品	要改良品
30.0～60.0	要改良品	30.0以上危険品
60.0以上	危険品	

須貝哲郎，香粧品科学，Vol. 19, 臨時増刊，49-56(1995)

令和5年12月6日

株式会社ハリウッドマジック 御中

試験速報

JIS S 9623:2015
ヒトパッチ試験結果

試験番号:1231147号
試験実施期間:令和5年11月27日～令和5年11月30日

医療用ウィッグ スキンベース の判定結果

試験実施日：令和5年11月27日～11月30日

皮膚刺激指数： 2.0

No.	Name	貼布48時間後	貼布72時間後	Age	Sex	評点
1	Y. J.	-	-	50	F	0
2	Y. M.	-	-	46	F	0
3	M. T.	-	-	52	F	0
4	M. A.	-	-	23	F	0
5	Y. C.	-	-	38	F	0
6	I. A.	-	-	47	F	0
7	I. R.	-	-	22	M	0
8	O. K.	-	-	23	F	0
9	M. K.	-	-	47	F	0
10	F. K.	-	-	46	F	0
11	T. A.	-	-	55	F	0
12	A. A.	±	±	55	F	0.5
13	I. N.	-	-	47	F	0
14	S. N.	-	-	58	F	0
15	O. N.	-	-	55	F	0
16	K. Y.	-	-	48	F	0
17	Y. H.	-	-	41	F	0
18	M. A.	-	-	53	F	0
19	O. Y.	-	-	54	F	0
20	N. M.	-	-	58	F	0
21	N. M.	-	-	53	F	0
22	S. F.	-	-	51	F	0
23	S. R.	-	-	48	F	0
24	K. M.	-	-	36	F	0
25	K. H.	-	-	52	F	0

Control(生理食塩液) の判定結果

試験実施日：令和5年11月27日～11月30日

皮膚刺激指数： 0

No.	Name	貼布48時間後	貼布72時間後	Age	Sex	評点
1	Y. J.	-	-	50	F	0
2	Y. M.	-	-	46	F	0
3	M. T.	-	-	52	F	0
4	M. A.	-	-	23	F	0
5	Y. C.	-	-	38	F	0
6	I. A.	-	-	47	F	0
7	I. R.	-	-	22	M	0
8	O. K.	-	-	23	F	0
9	M. K.	-	-	47	F	0
10	F. K.	-	-	46	F	0
11	T. A.	-	-	55	F	0
12	A. A.	-	-	55	F	0
13	I. N.	-	-	47	F	0
14	S. N.	-	-	58	F	0
15	O. N.	-	-	55	F	0
16	K. Y.	-	-	48	F	0
17	Y. H.	-	-	41	F	0
18	M. A.	-	-	53	F	0
19	O. Y.	-	-	54	F	0
20	N. M.	-	-	58	F	0
21	N. M.	-	-	53	F	0
22	S. F.	-	-	51	F	0
23	S. R.	-	-	48	F	0
24	K. M.	-	-	36	F	0
25	K. H.	-	-	52	F	0

Control(注射用水) の判定結果

試験実施日：令和5年11月27日～11月30日

皮膚刺激指数： 0

No.	Name	貼布48時間後	貼布72時間後	Age	Sex	評点
1	Y. J.	-	-	50	F	0
2	Y. M.	-	-	46	F	0
3	M. T.	-	-	52	F	0
4	M. A.	-	-	23	F	0
5	Y. C.	-	-	38	F	0
6	I. A.	-	-	47	F	0
7	I. R.	-	-	22	M	0
8	O. K.	-	-	23	F	0
9	M. K.	-	-	47	F	0
10	F. K.	-	-	46	F	0
11	T. A.	-	-	55	F	0
12	A. A.	-	-	55	F	0
13	I. N.	-	-	47	F	0
14	S. N.	-	-	58	F	0
15	O. N.	-	-	55	F	0
16	K. Y.	-	-	48	F	0
17	Y. H.	-	-	41	F	0
18	M. A.	-	-	53	F	0
19	O. Y.	-	-	54	F	0
20	N. M.	-	-	58	F	0
21	N. M.	-	-	53	F	0
22	S. F.	-	-	51	F	0
23	S. R.	-	-	48	F	0
24	K. M.	-	-	36	F	0
25	K. H.	-	-	52	F	0

Control(白色ワセリン) の判定結果

試験実施日：令和5年11月27日～11月30日

皮膚刺激指数： 0

No.	Name	貼布48時間後	貼布72時間後	Age	Sex	評点
1	Y. J.	-	-	50	F	0
2	Y. M.	-	-	46	F	0
3	M. T.	-	-	52	F	0
4	M. A.	-	-	23	F	0
5	Y. C.	-	-	38	F	0
6	I. A.	-	-	47	F	0
7	I. R.	-	-	22	M	0
8	O. K.	-	-	23	F	0
9	M. K.	-	-	47	F	0
10	F. K.	-	-	46	F	0
11	T. A.	-	-	55	F	0
12	A. A.	-	-	55	F	0
13	I. N.	-	-	47	F	0
14	S. N.	-	-	58	F	0
15	O. N.	-	-	55	F	0
16	K. Y.	-	-	48	F	0
17	Y. H.	-	-	41	F	0
18	M. A.	-	-	53	F	0
19	O. Y.	-	-	54	F	0
20	N. M.	-	-	58	F	0
21	N. M.	-	-	53	F	0
22	S. F.	-	-	51	F	0
23	S. R.	-	-	48	F	0
24	K. M.	-	-	36	F	0
25	K. H.	-	-	52	F	0

皮膚刺激指数の算定方法

48時間後と72時間後の判定において、強い方の反応に評点を与え、各被験物質の評点総和を被験者数で除した値を百分率で表現する。

$$\text{皮膚刺激指数} = \text{評点総和} / \text{被験者数} \times 100$$

パッチテスト判定基準

本邦基準	評点	反 応
—	0.0	反応なし
±	0.5	わずかな紅斑
+	1.0	明らかな紅斑
++	2.0	紅斑＋浮腫，丘疹
+++	3.0	紅斑＋浮腫・丘疹＋小水疱
++++	4.0	大水疱

香粧品の皮膚刺激指数による分類

皮膚刺激指数	1985年度の分類	1995年度の分類
5.0以下		安全品
5.0～15.0	15.0以下 安全品	許容品
15.0～30.0	許容品	要改良品
30.0～60.0	要改良品	30.0以上危険品
60.0以上	危険品	

須貝哲郎，香粧品科学，Vol. 19, 臨時増刊，49-56(1995)

令和5年12月6日

株式会社ハリウッドマジック 御中

試験速報

JIS S 9623:2015
ヒトパッチ試験結果

試験番号:1231148号
試験実施期間:令和5年11月27日～令和5年11月30日

医療用ウィッグ附属品 3M製医療用両面テープ 特注品
アンカーテープ の判定結果

試験実施日：令和5年11月27日～11月30日

皮膚刺激指数： 0

No.	Name	貼布48時間後	貼布72時間後	Age	Sex	評点
1	Y. J.	-	-	50	F	0
2	Y. M.	-	-	46	F	0
3	M. T.	-	-	52	F	0
4	M. A.	-	-	23	F	0
5	Y. C.	-	-	38	F	0
6	I. A.	-	-	47	F	0
7	I. R.	-	-	22	M	0
8	O. K.	-	-	23	F	0
9	M. K.	-	-	47	F	0
10	F. K.	-	-	46	F	0
11	T. A.	-	-	55	F	0
12	A. A.	-	-	55	F	0
13	I. N.	-	-	47	F	0
14	S. N.	-	-	58	F	0
15	O. N.	-	-	55	F	0
16	K. Y.	-	-	48	F	0
17	Y. H.	-	-	41	F	0
18	M. A.	-	-	53	F	0
19	O. Y.	-	-	54	F	0
20	N. M.	-	-	58	F	0
21	N. M.	-	-	53	F	0
22	S. F.	-	-	51	F	0
23	S. R.	-	-	48	F	0
24	K. M.	-	-	36	F	0
25	K. H.	-	-	52	F	0

Control(生理食塩液) の判定結果

試験実施日：令和5年11月27日～11月30日

皮膚刺激指数： 0

No.	Name	貼布48時間後	貼布72時間後	Age	Sex	評点
1	Y. J.	-	-	50	F	0
2	Y. M.	-	-	46	F	0
3	M. T.	-	-	52	F	0
4	M. A.	-	-	23	F	0
5	Y. C.	-	-	38	F	0
6	I. A.	-	-	47	F	0
7	I. R.	-	-	22	M	0
8	O. K.	-	-	23	F	0
9	M. K.	-	-	47	F	0
10	F. K.	-	-	46	F	0
11	T. A.	-	-	55	F	0
12	A. A.	-	-	55	F	0
13	I. N.	-	-	47	F	0
14	S. N.	-	-	58	F	0
15	O. N.	-	-	55	F	0
16	K. Y.	-	-	48	F	0
17	Y. H.	-	-	41	F	0
18	M. A.	-	-	53	F	0
19	O. Y.	-	-	54	F	0
20	N. M.	-	-	58	F	0
21	N. M.	-	-	53	F	0
22	S. F.	-	-	51	F	0
23	S. R.	-	-	48	F	0
24	K. M.	-	-	36	F	0
25	K. H.	-	-	52	F	0

Control(注射用水) の判定結果

試験実施日：令和5年11月27日～11月30日

皮膚刺激指数： 0

No.	Name	貼布48時間後	貼布72時間後	Age	Sex	評点
1	Y. J.	-	-	50	F	0
2	Y. M.	-	-	46	F	0
3	M. T.	-	-	52	F	0
4	M. A.	-	-	23	F	0
5	Y. C.	-	-	38	F	0
6	I. A.	-	-	47	F	0
7	I. R.	-	-	22	M	0
8	O. K.	-	-	23	F	0
9	M. K.	-	-	47	F	0
10	F. K.	-	-	46	F	0
11	T. A.	-	-	55	F	0
12	A. A.	-	-	55	F	0
13	I. N.	-	-	47	F	0
14	S. N.	-	-	58	F	0
15	O. N.	-	-	55	F	0
16	K. Y.	-	-	48	F	0
17	Y. H.	-	-	41	F	0
18	M. A.	-	-	53	F	0
19	O. Y.	-	-	54	F	0
20	N. M.	-	-	58	F	0
21	N. M.	-	-	53	F	0
22	S. F.	-	-	51	F	0
23	S. R.	-	-	48	F	0
24	K. M.	-	-	36	F	0
25	K. H.	-	-	52	F	0

Control(白色ワセリン) の判定結果

試験実施日：令和5年11月27日～11月30日

皮膚刺激指数： 0

No.	Name	貼布48時間後	貼布72時間後	Age	Sex	評点
1	Y. J.	-	-	50	F	0
2	Y. M.	-	-	46	F	0
3	M. T.	-	-	52	F	0
4	M. A.	-	-	23	F	0
5	Y. C.	-	-	38	F	0
6	I. A.	-	-	47	F	0
7	I. R.	-	-	22	M	0
8	O. K.	-	-	23	F	0
9	M. K.	-	-	47	F	0
10	F. K.	-	-	46	F	0
11	T. A.	-	-	55	F	0
12	A. A.	-	-	55	F	0
13	I. N.	-	-	47	F	0
14	S. N.	-	-	58	F	0
15	O. N.	-	-	55	F	0
16	K. Y.	-	-	48	F	0
17	Y. H.	-	-	41	F	0
18	M. A.	-	-	53	F	0
19	O. Y.	-	-	54	F	0
20	N. M.	-	-	58	F	0
21	N. M.	-	-	53	F	0
22	S. F.	-	-	51	F	0
23	S. R.	-	-	48	F	0
24	K. M.	-	-	36	F	0
25	K. H.	-	-	52	F	0

皮膚刺激指数の算定方法

48時間後と72時間後の判定において、強い方の反応に評点を与え、各被験物質の評点総和を被験者数で除した値を百分率で表現する。

$$\text{皮膚刺激指数} = \text{評点総和} / \text{被験者数} \times 100$$

パッチテスト判定基準

本邦基準	評点	反 応
—	0.0	反応なし
±	0.5	わずかな紅斑
+	1.0	明らかな紅斑
++	2.0	紅斑＋浮腫，丘疹
+++	3.0	紅斑＋浮腫・丘疹＋小水疱
++++	4.0	大水疱

香粧品の皮膚刺激指数による分類

皮膚刺激指数	1985年度の分類	1995年度の分類
5.0以下		安全品
5.0～15.0	15.0以下 安全品	許容品
15.0～30.0	許容品	要改良品
30.0～60.0	要改良品	30.0以上危険品
60.0以上	危険品	

須貝哲郎，香粧品科学，Vol. 19，臨時増刊，49-56(1995)